



SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

LA RESPONSABILE

ELEONORA VERDINI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

Ai Direttori dei Centri di Elettrofisiologia e Emodinamica
Ai Direttori dei Sistemi Informativi – Informatici
Ai Referenti Organizzativi dei Centri di Elettrofisiologia e Emodinamica
Ai Referenti del Flusso Informativo RERA1 e REAL
Delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna

Ai Direttori Sanitari
Hesperia Hospital
Casa di Cura Salus Hospital - RE
Casa di Cura Villa Torri
Casa di Cura Villa Maria Cecilia

Regione Emilia-Romagna

LORO SEDI

Oggetto:modifiche controlli 2015 per i Flussi DB Clinici: REAL e RERA1

A seguito della riunione tenutasi in Regione il giorno 23 giugno 2015, sono state apportate alcune modifiche ai controlli sui alcuni campi dei flussi informativi di Emodinamica (REAL) ed Elettrofisiologia (RERA1).

Di seguito viene riportato il dettaglio della modifica di obbligatorietà e della codifica di alcuni campi.

Si trasmette in allegato le specifiche delle modifiche in oggetto.

Cordiali saluti

Eleonora Verdini

Allegato:1

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051.527.7435
fax 051.527.7067

Email: sissrer@regione.emilia-romagna.it
PEC: sissrer@postacert.regione.emilia-romagna.it

ALLEGATO SPECIFICHE TECNICHE

REAL

INDICAZIONE PROCEDURA (campo A14): aggiornamento codifica

- 01 = STEMI (<=24h) non specificato ulteriormente
- 02 = STEMI <12 h
- 03 = STEMI 12-24 h
- 04 = STEMI >24h
- 05 = NSTEMI
- 06 = Angina instabile
- 07 = Angina stabile
- 08 = Sospetta cardiopatia ischemica
- 09 = Ischemia silente
- 10 = Pregresso infarto miocardico
- 11 = Procedura staged
- 12 = Follow up programmato
- 13 = Cardiopatia dilatativa
- 14 = Cardiopatia valvolare
- 15 = Cardiomiopatia (esclusa miocardiopatia ischemica)
- 16 = Arresto cardiaco
- 17 = PTCA differita (nuova codifica aggiunta)
- 22 = Trapianto cardiaco (già eseguito)
- 99 = Altro

A seguito di questo aggiornamento delle modalità per la valorizzazione del campo *Indicazione procedura*, i campi:

- esito coronarografia (campo A15)
- numero vasi malati (campo A16)
- malattia del tronco comune (campo A18)
- malattia dell'IVA prossimale (campo A19)

sono obbligatori nei casi di coronarografia e PTCA (tipo procedura = 1, 2 e 6) e devono essere **sempre** compilati **tranne** in presenza di indicazione procedura = 11 (procedura staged) o 17 (PTCA differita).

Da non compilare per tutti gli altri tipi di procedura.

RERAI**TIPO PROCEDURA (campo C05): aggiornamento codifica**

850 = Studio Elettrofisiologico
8551 = PM Impianto monocamerale
8552 = PM Impianto bicamerale
8553 = PM Impianto tricamerale
8561 = PM Sostituzione monocamerale
8562 = PM Sostituzione bicamerale
8563 = PM Sostituzione tricamerale
857 = PM Revisione
8601 = PM Upgrade monocamerale (ELIMINATO)
8602 = PM Upgrade bicamerale **diventa** UPGRADE A PM BICAMERALE
8603 = PM Upgrade tricamerale **diventa** UPGRADE A PM TRICAMERALE
863 = PM Espianto/Estrazione
8661 = ICD Impianto monocamerale
8662 = ICD Impianto bicamerale
8663 = ICD Impianto tricamerale
8681 = ICD Sostituzione monocamerale
8682 = ICD Sostituzione bicamerale
8683 = ICD Sostituzione tricamerale
869 = ICD Revisione
8701 = ICD Upgrade monocamerale (ELIMINATO)
8702 = ICD Upgrade bicamerale **diventa** UPGRADE A ICD BICAMERALE
8703 = ICD Upgrade tricamerale **diventa** UPGRADE A ICD TRICAMERALE
871 = ICD Espianto/Estrazione
873 = Ablazione transcateretere AB
874 = Crioablazione
875 = Loop recorder
900 = Chiusura auricola sinistra
999 = PM Impianto temporaneo

INDICAZIONE PROCEDURA (campo C06): modifica dell'obbligatorietà

Da valorizzare per i codici di procedura (campo Tipo Procedura): 850, 8551, 8552, 8553, 8602, 8603, 8661, 8662, 8663, 8702, 8703, 873, 874, 875, 900, 999

MOTIVO SOSTITUZIONE GENERATORE (campo C12): nuova codifica e modifica dell'obbligatorietà

- 01 = EOL normale
- 02 = EOL prematuro
- 03 = Upgrade a bicamerale (ELIMINATO)
- 04 = Upgrade a biventricolare (ELIMINATO)
- 05 = Upgrade a terapia atriale (ELIMINATO)
- 06 = Pacing non funzionante (No ICD)
- 07 = Defibrillazione non funzionante (No PM)
- 08 = Software non funzionante
- 09 = Connettore non funzionante
- 10 = Recall
- 11 = Infezione sistemica / endocardite
- 12 = Richiesta del paziente
- 13 = Decubito della tasca
- 14 = Ematoma
- 99 = Procedura non effettuata

Da valorizzare per i codici di procedura (campo Tipo Procedura): 8561, 8562, 8563, 857, 863, 8681, 8682, 8683, 869, 871.

MOTIVO SOSTITUZIONE GENERATORE (campo C12): modifica dell'obbligatorietà

Da valorizzare per i codici di procedura (campo Tipo Procedura): 8561, 8562, 8563, 857, 863, 8681, 8682, 8683, 869, 871.

TABELLA DEVICE

Se per una procedura è stato utilizzato più di un device con lo stesso codice di repertorio, è possibile inserire i codici di repertorio di entrambi i dispositivi utilizzati.